



RAPPORT DE SERVICE

PerkinElmer SAS

16 avenue du Quebec, Batiment Lys
Villebon sur Yvette
F-91140

Telephone: 0805 111 333 Fax: 0805 111 334
T.V.A. FR29692031115

N° d'appel	Type d'appel	Date d'appel	Modele	N° de Serie
000PHM041013	REP	04/10/2013	LAMBDA 19	65142
Nom Intervenant PerkinElmer		Code Ingenieur	N° de Contrat	Date Expiration
MARCET, PHILIPPE		FR65001	-	
Client Nom / Adresse d'intervention			Client Nom / Adresse de facturation	
CNRS ICUBE Bât. 28 23 Rue de LOESS STRASBOURG FR 67200			CNRS CNRS ICUBE 1086 23 Rue de LOESS BP20 STRASBOURG FR 67037 Cdx 2	
Nom contact Client		N° Telephone	N° Telecopie	N° Bon de Commande
Mr BARTINGER		33 3 88 10 62 95		1086L13227 / 370351
DESCRIPTION DE L'INTERVENTION				
Heures	Date	Debut / Fin	Description courte	Description detaillee
4.5	03/10/2013		Trajet	Déplacement
6	04/10/2013		Visite de Maintenance	Visite de Maintenance à la demande de la cliente, Pb avec moteur de changement de source, moteur de permutation des réseaux .Démontage et nettoyage des gearbox, nettoyage optique, alignement des sources UV & Visible. Test ligne de base, D2 peak, filtres étalon PerkinElmer : CONFORME.

ELEMENTS REMPLACES					
Qte	Reference	Designation	Kit	Prix unite	Prix total
1	SV000051	VISITE DE MAINTENANCE Lambda 19	FR12 / F000	1332.00 €	1332.00 €

Intervention finie	Heures de M/O	Heures déplacement	Maintenance			
<input checked="" type="checkbox"/> Oui <input type="checkbox"/> Non	6.0	4.5				
Signature Intervenant PerkinElmer	Date			Qte	Prix unite	Total
Philippe MARCET	04 Octobre 2013		Total Pieces	1		1332.00 €
			Heures déplacement			0.00 €
Signature Client	Date		Heures main d'oeuvre			0.00 €
Mr BARTINGER	04 Octobre 2013		Total hors T.V.A			1332.00 €
			T.V.A 19.60 %	1	261.07 €	261.07 €
			Total			1593.07 €

Conditions spéciales: **Numéro du devis: FR65001-11406**

Observations Client :

Ce document n'est pas une facture.